

**Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
„Moja Przychodnia” ul. PCK 1, 40-057 Katowice**

SPZLA/DZP/RJ/ 270/ 2012

Katowice, dnia 01.08.2012 roku.

**Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autorefraktometru –
Sprawa PN/16/D/2012. Numer ogłoszenia: 275088 - 2012; data zamieszczenia: 28.07.2012

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25.06.2010, Nr 113, poz. 759) przekazujemy
Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Pomiaru refrakcji Sfera: od
-25~ +22D, jednostki: **0.12 lub 0.25D?**

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Pomiaru refrakcji Cylinder
jednostki: **0.12 lub 0.25D?**

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Pomiaru refrakcji Kąta osi:
1~180 stopni?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Pomiaru keratomerii
Promień krzywizny rogówki w zakresie: 5~**10.2** mm??

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Pomiaru keratomerii Moc
refrakcji w zakresie: **33.00~67.5** D jednostki: **0.12 lub 0.25D?**

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Pomiaru keratomerii Moc
cylindra w zakresie: 0.00~ **-15.0D** jednostki: **0.12 lub 0.25D?**

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Minimalnej średnicy
źrenicy **2 mm?**

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Zasilanie: AC100V~240V; 50/60 Hz?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Monitor: TFT LCD 6,4"?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Funkcji specjalnych: funkcja wymaga użycia dodatkowego przycisku?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 11 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Funkcji specjalnych: Brak funkcji relaksacji oka i pomiaru pozycji akomodacji?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 12 **Treść:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Zakresu ruchów: wspornik podbródka max. 65 mm (napęd elektryczny)?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 13 **Treść:** Czy Zamawiający dopuści autorefraktometr z następującymi parametrami:

- pomiar refrakcji 25 -+ 22D

Odpowiedź: NIE

- promień krzywizny rogówki 5-11 mm

Odpowiedź: TAK

- odległość wierzchołków 0, 12, 13,5, 14,15,5,16

Odpowiedź: TAK

- czas pomiaru 0,1 s, tryb pracy- automatyczny (3 pomiary) bez pomiaru

Odpowiedź: NIE

- pozycji akomodacji

Odpowiedź: NIE

pozostałe parametry bez zmian?

Podpis Zamawiającego

Mgr Czesława Brylak- Kozdraś

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach