

SPZLA/DZP/RJ/ 180 / 2012

Katowice, dnia 26.04.2012 roku.

**Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych - **SPRAWA PN/10/D/2012. Numer ogłoszenia: 127658 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25.06.2010, Nr 113, poz. 759) przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi

Dot. ZADANIE NR 3 - DOSTAWA STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 rozwiązanie polegające na zasilaniu wodą sterylizatora ze stacji RO umieszczonej w szafce nierdzewnej stanowiącej podstawę sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zasilaniu parą wodną sterylizatora ze stacji zamieszczonej w szafce stanowiącej podstawę sterylizatora.

Z poważaniem

Mgr Czesława Brylak- Kozdraś
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach