

**Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych i dzierżawę aparatu do oznaczeń metodą Elisa dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego w Katowicach - **SPRAWA PN/12/D/2012 Numer ogłoszenia: 116624 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25.06.2010, Nr 113, poz. 759) przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi

Pytanie 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga 9 zestawów, każdy na 96 oznaczeń?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści zestaw jak w załączonej instrukcji?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 3 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga testu do odczytu wizualnego?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 4 Czy Zamawiający w Pakiecie 7, poz. 1 wymaga testu lateksowego czy szybkiego testu immunochromatograficznego?

**Odpowiedź: Dopuszcza obydwa**

Pytanie 5 Czy Zamawiający w Pakiecie 7, poz. 6 wymaga testu o najwyższej czułości 10ng/ml?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 6 Czy Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 3 dopuści Bilirubinę bezpośrednią metodą Jendrassika?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 7 Czy Zamawiający w Pakiecie 9 na 1 oznaczenie będzie zużywał 1 ml odczynnika?

**Odpowiedź: Zgodnie z aplikacją dla danego testu**

**Pytania dot. Pakietu nr 5**

Pytanie 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby badania wykonywane za pomocą oferowanych żeli były utrwalane metoda chemiczną, co zapobiega migracji białek i nie wymaga bardzo precyzyjnego i niepowtarzalnego utrwalania termicznego?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 9 Zgodnie ze standardami dla rozdziału białek czas rozdziału nie powinien przekroczyć 20 minut. Prosimy zatem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby czas rozdziału nie przekraczał 20 minut ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 10 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający chce uzyskać 6 typowych frakcji z możliwością uzyskania dodatkowego rozdział frakcji beta na beta 1 i beta 2 ?

**Odpowiedź: Nie**

### **Pytania dot. pakietu nr 6**

Pytanie 11 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników i materiału kontrolnego, potrzebnego do wykonania 13 000 oznaczeń morfologii, jeżeli tak to jakich ilości materiału kontrolnego wymaga Zamawiający?

**Odpowiedź: Nie**

### **Dotyczy pakiet nr 2, 3, 4**

Pytanie 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek z możliwością dzielenia na rzędy studzienek reakcyjnych?

**Odpowiedź: Nie**

### **Pytanie dot. Pakiet nr 2 - test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał przeciwjądrowych ANA:**

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuszcza celki opłaszczone mieszaniną oczyszczonych: SSA 52, SSA 60, SSB(1a), Sm/RNP, RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB', SmD, SmE, SmF, SmG, Scl70, Jo1, dsDNA, ssDNA, polinukleosomów, mononukleosomów, histonów H1, histonów H2A, histonów H2B, histonów H4, PMScl-100 oraz centromerów B

**Odpowiedź: Tak**

### **Pytanie dot. Pakiet nr 4 – test immunoenzymatyczny do oznaczeń Giardia Lamblia:**

Pytanie 14 Czy Zamawiający dopuści bufor do rozcieńczania próbek w postaci koncentratu?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści test o łącznym czasie inkubacji ok. 100 minut lecz o bardzo wysokiej czułości 3ng/ml?

**Odpowiedź: Nie**

### **Pytanie dot. Pakiet nr 5 – Odczynniki do elektroforezy /Gel protein/ dostosowane do aparatów firmy Cormay i Marcel:**

Pytanie 16. Czy Zamawiający wymaga zestawów bez użycia substancji niebezpieczniejszych tj. metanol, etanol i kwas octowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

Pytanie 17. Czy Zamawiający wymaga zestawów utrwalanych termicznie?

**Odpowiedź: Tak**

### **Pytanie dot. Pakiet nr 7 – Testy różne:**

Pytanie 18. Czy w poz 1 Zamawiający wymaga testu kasetkowego?

**Odpowiedź: Nie**

### **Pytanie dot. Pakiet nr 9 – Testy z aplikacjami na fotometr Epoll 20 do oznaczania:**

Pytanie 19. Czy w poz 1 i 2 Zamawiający wymaga surowic kontrolnych na 1 czy 2 poziomach?

**Odpowiedź: Na dwóch poziomach**

Pytanie 20. Jakiej ilości surowic kontrolnych w poz 1 i 2 należy zaoferować?

**Odpowiedź: Kontrola pozytywna i negatywna 1 raz na dwa tygodnie**

Pytanie 21. Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści metodę z kwasem sulfanilowym?

**Odpowiedź: Wymóg metoda z dwuazydowym kwasem sulfanilowym DSA**

Mgr Czesława Brylak- Kozdraś  
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach