

**Wszyscy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych i dzierżawę aparatu do oznaczeń metodą Elisa dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego w Katowicach – Numer sprawy PN/6/D/2014. Numer ogłoszenia: 116170 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity), przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi

Pytanie 1 Pakiet 2. Treść: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłącznie histonów z profilu przeciwciał?  
**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 2 Pakiet 2. Treść: Czy Zamawiający wymaga testu screeningowego ( we wszystkich studzienkach opłaczona jest mieszanina antygenów) czy profilowego- w każdej ze studzienek opłacony jest inny antygen, co pozwala na ich indywidualna ocenę.  
**Odpowiedź: Test screeningowy.**

Pytanie 3 Pakiet 2. Treść: Czy Zamawiający zgodzi się na następujące antygeny w teście profilowym: dsDNA, u1-r70-RNA, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Cenp-B oraz Jo-1.  
**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 4 Pakiet 2. Treść: Czy Zamawiający zgodzi się na zestaw, w którym bufor do rozcieńczania próbek wymaga wcześniejszego rozcieńczenia w wodzie destylowanej?  
**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 5 Pakiet 3. Treść: Czy Zamawiający zgodzi się na zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG oraz IgM, w którym bufor do rozcieńczania próbek wymaga wcześniejszego rozcieńczenia w wodzie destylowanej?  
**Odpowiedź: Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Pytanie 6 Pakiet 12. Treść: Czy Zamawiający się zgodzi się na test ilościowy, w którym wykorzystywana jest jedynie kontrola negatywna?  
**Odpowiedź: Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Pytanie 7 Pakiet 5. Treść: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby badania wykonywane za pomocą oferowanych żeli były utrwalane metoda chemiczną, co zapobiega migracji białek i nie wymaga bardzo precyzyjnego i niepowtarzalnego utrwalania termicznego?  
**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 8 Pakiet 5 treść; Zgodnie ze standardami dla rozdziału białek czas rozdziału nie powinien przekroczyć 20 minut. Prosimy zatem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby czas rozdziału nie przekraczał 20 minut ?  
**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 9. Pakiet 5. Treść: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający chce uzyskać 6 typowych frakcji z możliwością uzyskania dodatkowego rozdział frakcji beta na beta 1 i beta 2 ?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 10. Pakiet 6. Treść: W pakiecie VI w formularzu asortymentowo-cenowym prosimy o możliwość dodania kolejnych pozycji w celu podania wszystkich odczynników potrzebnych do wykonania oznaczeń.

**Odpowiedź: Rozszerzono tabelę.**

Pytanie 11. Pakiet 6. Treść: Czy Zamawiający wymaga, aby w formularzu asortymentowo-cenowym uwzględnić krew kontrolną?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 12. Pakiet nr II . Treść: test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał przeciwdądrowych ANA: Czy Zamawiający dopuszcza celki opłaszczone mieszaniną oczyszczonych antygenów: SSA 52, SSA 60, SSB(la), Sm/RNP, RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB', SmD, SmE, SmF, SmG, Scl70, Jo1, dsDNA, ssDNA, polinukleosomów, mononukleosomów, histonów H1, histonów H2A, histonów H2B, histonów H4, PMScl-100 oraz centromerów B

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Pytanie 13. Pakiet nr II. Treść: Czy Zamawiający dopuści bufor w postaci stężonej?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Pytanie 14. Pakiet nr II. Treść: Czy Zamawiający dopuści odczynniki nie oznakowane różnymi kolorami?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 15. Pakiet nr IV. Treść: test immunoenzymatyczny do oznaczeń Giardia Lamblia: Czy Zamawiający dopuści bufor do rozcieńczania próbek w postaci koncentratu?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 16. Pakiet nr IV. Treść: Czy Zamawiający dopuści test o łącznym czasie inkubacji ok. 100 minut lecz o bardzo wysokiej czułości 3ng/ml?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 17 Pakiet nr V. Treść: Odczynniki do elektroforezy /Gel protein/ dostosowane do aparatów firmy Cormay i Marcel: Czy Zamawiający wymaga zestawów bez użycia substancji niebezpieczniejszych tj. metanol, etanol i kwas octowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 18 Pakiet nr V. Treść: Czy Zamawiający wymaga zestawów utrwalanych termicznie?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 19 Pakiet nr V. Treść: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 5 opakowań po 10 płytek, każda po 10 oznaczeń?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 20. Pakiet nr IX. Treść: Testy z aplikacjami na fotometr Epoll 20 do oznaczania: Czy w poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga surowic kontrolnych na 1 czy 2 poziomach?

**Odpowiedź: Na dwóch poziomach.**

Pytanie 21. Pakiet nr IX. Treść Jakiej ilości surowic kontrolnych w poz 1, 2 i 5 należy zaoferować?

**Odpowiedź: Kontrola 1x na dwa tygodnie z możliwością zamrażania.**

Pytanie 22. Pakiet nr IV poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu spełniającego wszystkie wymagania oraz całkowitym czasie inkubacji wynoszącym 75 minut?

**Odpowiedź: Tak.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował załącznik nr 1 do siwz w zakresie dotyczącym Pakietu VI.**

**Zmodyfikowany załącznik można pobrać ze strony internetowej adres: [www.spzla-katowice.pl](http://www.spzla-katowice.pl) w Przetargi/ Ogłoszenia o wszczęciu postępowania/ Sprawa PN/6/D/2014.**

Podpis Zamawiającego

Lek. Med. Maciej Wawrzyczek

Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Katowicach