

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
W KATOWICACH „MOJA PRZYCHODNIA” UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE**

SPZLA/DZP/ RJ/ 86-92/2013

Katowice, dnia 15.04.2013 roku.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg
nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych - sprawa PN/2/D/2013
Numer ogłoszenia: 135414 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z dnia 25.06.2010 poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1. Treść: Dotyczy Pakietu nr 5- Zestawienie Parametrów, pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o pojemności komory 85l, co nieznacznie odbiega od parametru wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Wymagamy nim. 90 L.

Pytanie 2. Treść: Dot. pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w zewnętrzną stację odwróconej osmozy, czy wymaga, aby stacja była wbudowana w urządzenie?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią siwz.

Pytanie 3. Treść: Dot. pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w czytnika kart SD, posiadające natomiast port USB pozwalający na zgrywanie m.in. archiwalnych danych za pomocą pamięci przenośnej typu pen-drive?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4. Treść: Dot. pkt.12. Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „szafkę nierdzewną do sterylizatora”?

Odpowiedź: Szafka z drzwiczkami wykonana ze stali nierdzewnej.

Pytanie 5. Treść: Dot. pkt. 13 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym załadunek odbywa się na 2 tacach?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6. Treść: Dot. pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu z „czas reakcji do 48 godzina” na „czas reakcji serwisu do 48 godzina w dni robocze”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7. Treść: Pakiet Nr 1: Aparat ultrasonograficzny -1 kpl. Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8. Treść: **Pkt.10** - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z dynamiką systemu do 200 dB? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Treść: **Pkt.38** - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez obrazowania rombowego? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10. Treść: **Pkt.41**- Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem bramki dopplerowskiej 0,5-15 mm ? Taki zakres jest powszechnie uznawany za standard i taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11. Treść: **Pkt.43**- Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z korekcją kąta bramki dopplerowskiej +/- 70 stopni? W praktyce nie stosuje się korekcji kąta bramki dopplerowskiej większego niż 60 stopni ze względu na duże prawdopodobieństwo fałszywych odczytów przy większych wartościach. Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12. Treść: **Pkt.75**- Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą endowaginalną o zakresie częstotliwości 4-9 MHz? Taki zakres jest powszechnie uznawany za standard w ginekologii i położnictwie i taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13. Treść: **Pkt.82-** Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 5-13 MHz? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14. Treść: **Pkt.86-** Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta bez obrazowania rombowego? Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15. Treść: **Pkt.88-** Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą MicroConvex o zakresie częstotliwości 4-9 MHz, ale za to o kącie skanowania 150 stopni? Nowoczesna konstrukcja beamformera systemu równoważy różnicę w ilości elementów fizycznych, a taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta

Odpowiedź: Nie.

Odpowiedź uzupełniająca do pytań w/w: Opisane w załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia parametry jako wymagane, ma jedynie na celu sprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego dla danego urządzenia/ aparatu i ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zamawiający dopuszcza oferty na urządzenia o parametrach jakościowych i cechach użytkowych równoważnych tj. co najmniej na poziomie parametrów wskazanych dla poszczególnych urządzeń /aparatów. Zamawiający określił parametry techniczno- użytkowe jako **graniczne-minimalne**, które Wykonawca musi bezwzględnie spełniać. Zamawiający dopuszcza parametry wyższe, niż podane minimalne w SIWZ.

Podpis Zamawiającego

Mgr Czesława Brylak- Kozdraś
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach