

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
W KATOWICACH „MOJA PRZYCHODNIA” UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE**

SPZLA /DZP/ RJ/ 210-217/2013

Katowice, dnia 17.07.2013 roku.

**Wszyscy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego - Sprawa PN/7/D/2013.
Numer ogłoszenia: 272426 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z dnia 25.06.2010 poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1. Treść: Pakiet 13 - Myjka ultradźwiękowa . Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, którego długość i szerokość zewnętrzna jest nieco większa od oczekiwanych przez zamawiającego wymiarów i wynoszą odpowiednio 568 x 179, natomiast wysokość całkowita urządzenie nie przekracza założonej przez zamawiającego wartości i wynosi 214 mm, przy czym wymiary wewnętrzne łaźni są nieznacznie większe od oczekiwanych przez zamawiającego i wynoszą 505 x 137 x 100? Wymiary zewnętrzne nie mają znaczącego wpływu na pracę z urządzeniem w warunkach diagnostycznych, laboratoryjnych czy też medycznych.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Treść: Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie którego moc ultradźwiękowa i moc grzania wynoszą 600 W każda ?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 Treść: *Pakiet 6-* Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga oftalmoskopu ręcznego czy nakładanego na głowę.
Odpowiedź; Wymagamy oftalmoskop ręczny.

Pytanie 4.Treść: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatkowej soczewki o powiększeniu 1,6x, z możliwością jej montażu / demontażu podczas badania?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5. Treść: Pakiet 2- Czy Zamawiający zrezygnuje z instalacji i szkolenia personelu w zakresie tego pakietu? Zwiększy to zasadniczo wartość oferty, a sprzęt jest prosty w obsłudze i nie wymaga instalacji i specjalistycznego szkolenia.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6. Treść: Pakiet 3- Czy Zamawiający zrezygnuje z instalacji i szkolenia personelu oraz wystawienia certyfikatu w zakresie tego pakietu? Zwiększy to zasadniczo wartość oferty, a sprzęt jest prosty w obsłudze i nie wymaga instalacji i specjalistycznego szkolenia.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7 Treść: Pakiet 3, pkt. 6 i 7 Czy Zamawiający dopuści powiększenie 1,06 x oraz wielkość zogniskowanej plamki laserowej 0,94x; pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. Treść: Pakiet 6 Czy Zamawiający zrezygnuje z instalacji i szkolenia personelu w zakresie tego pakietu? Zwiększy to zasadniczo wartość oferty, a sprzęt jest prosty w obsłudze i nie wymaga instalacji i specjalistycznego szkolenia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9. Treść: Pakiet 7. Czy Zamawiający zrezygnuje z instalacji i szkolenia personelu oraz wystawienia certyfikatu w zakresie tego pakietu? Zwiększy to zasadniczo wartość oferty, a sprzęt jest prosty w obsłudze i nie wymaga instalacji i specjalistycznego szkolenia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10. Treść: Pakiet 7, pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści 4x 64 stopnie – kąty optymalne dla komory przedniej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11. Treść: Pakiet 9. Czy Zamawiający zrezygnuje z instalacji i szkolenia personelu oraz wystawienia certyfikatu w zakresie tego pakietu? Zwiększy to zasadniczo wartość oferty, a sprzęt jest prosty w obsłudze i nie wymaga instalacji i specjalistycznego szkolenia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12. Treść: Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na pojedyncze pakiety?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13 Treść: Czy termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni, czy 8 tygodni (56 dni)?

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni,

Pytanie 14. Treść: Czy Zamawiający dopuści wykonywanie wszystkich serwisów i przeglądów urządzenia w siedzibie producenta pod warunkiem, że urządzenie byłoby dostarczane do serwisu na koszt Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Sprzedający będzie miał aktualnie podpisaną umowę? Do obowiązków Zamawiającego należałoby tylko przygotowanie urządzenia do transportu (bezpieczne zapakowanie urządzenia z wyposażeniem tak, żeby nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu).

Odpowiedź: Tak.

Podpis Zamawiającego

Mgr Czesława Brylak –Kozdraś

Dyrektor Samodzielnego Publicznego zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach