

**Wszyscy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu medycznego - Sprawa PN/7/D/2013.

Numer ogłoszenia: 272426 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z dnia 25.06.2010 poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1. Treść: Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 4 - aparat do elektrokoagulacji - 3 zestawy:

Czy zamawiający wymaga w zestawie 8 elektrod wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod w jednakowej cenie do wyboru przez zamawiającego/użytkownika z dołączonej karty katalogowej ponieważ do opisanych zabiegów można używać różne elektrody?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. Czy zamawiający wymaga uchwyt kompatybilny do oferowanych elektrod? Jeżeli tak to czy uchwyt ma być wielorazowego użytku? Jeżeli wielorazowego użytku to czy zamawiający wymaga, aby uchwyt przeznaczony był do minimum 400 cykli sterylizacji w autoklawie?

Odpowiedź: Uchwyt musi być kompatybilny z elektrodami wielorazowymi, przeznaczony do min. 100 sterylizacji w autoklawie.

Pytanie 4. Czy zamawiający wymaga wyłącznik nożny? Jeżeli tak to czy ma być jednoprzyciskowy do koagulacji czy dwuprzyciskowy do cięcia i koagulacji?

Odpowiedź: Wyłącznik nożny jednoprzyciskowy.

Pytanie 5. Czy zamawiający wymaga elektrodę bierną wielorazowego użytku, silikonową, dla dorosłych o wymiarach 25x15cm z nierozłącznym kablem dł. 4,5m czy elektrody bierne jednorazowego użytku w ilości 100szt z kablem o dł. 5m kompatybilną do oferowanej diatermii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną wielorazową, silikonową o pow. Min. 450 cm<sup>2</sup> i dł. Kabla min. 4 m.

Rozdział IV warunki udziału w postępowaniu, pkt.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia: czy wymagana wartość zrealizowanych lub realizowanych dostaw dotyczy całego postępowania czyli wszystkich pakietów? Pytamy, ponieważ wymagana wartość 30.000 zł jest nieadekwatnie wysoka do wartości Pakietu 4 - aparat do elektrokoagulacji. Czy zamawiający dopuszcza posiadanie wiedzy i doświadczenia na wartość minimum 10.000 zł dla Pakietu 4?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza posiadanie wiedzy i doświadczenia na wartość minimum 10.000 zł dla Pakietu 4?

Pytanie 6. Treść: Czy Zamawiający oczekuje, aby aparat posiadał tryb bipolarny, który rozszerza zakres zabiegów i jest trybem mniej inwazyjnym?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7. Treść: Czy Zamawiający zrezygnuje z instalacji sprzętu (otoskopu) i szkolenia personelu w zakresie tego pakietu? Sprzęt jest prosty w obsłudze i nie wymaga instalacji i specjalistycznego szkolenia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. Tak. Czy w formularzu ofertowym należy wpisać wartość łączną pakietu, a w umowie ceny jednostkowe czy również wartość łączną - pozycja cena jedn. netto ?

Odpowiedź: W formularzu ofertowym : tabeli należy wpisać ceny jednostkowe a pod tabelą w cena Pakietu należy wpisać cenę za pakiet tzn. ceny jednostkowe z tabeli pomnożyć przez ilość sztuk w pakiecie.

Podpis Zamawiającego

Mgr Czesława Brylak – Kozdraś Dyrektor samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach.