

**Wszyscy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku- Sprawa PN/9D/2013. Numer ogłoszenia: 361030 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity), przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1. Pakiet nr 5, poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jałowego fartucha operacyjnego wykonanego z hydrofobowej włókniny typu SMS, rękaw zakończony mankietem z dzianiny bawełnianej, wiązany na dwa troki, z nieprzemakalnymi wstawkami. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie oferty przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2. Pakiet nr 5, poz. 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokrowca jałowego na kończynę wykonanego z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. Pakiet nr 5, poz. 15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji serwety wykonanej z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4. Pakiet nr 5, poz. 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji serwety włókninowej w rozmiarze 210 cm x 140 cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Pakiet nr 5, poz. 20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła z włókniny polipropylenowej laminowanej folią w rozmiarze 160 x 210 cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6 Pakiet nr 3, poz. 6-9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w kat. ISOI, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic kat I ISOI – rękawice takie służą jedynie ochronie w przypadku minimalnego ryzyka, co jest niewystarczające w przypadku zamawiającego.

Pytanie 7. Pakiet nr 3, poz. 10-11.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcach 0,11-0,14 mm, wytrzymałość min. 6N, poziom szczelność AQL 1,0, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o w/w parametrach. W pakiecie nr 3 do SIWZ został opisany przedmiot zamówienia oraz wszystkie minimalne wymagania, które muszą być spełnione.

Pytanie 8. Pakiet nr 3, poz. 12-13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic winylowych zgodnych z normą 374 1,2, o długości minimalnej 240 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby rękawice w pełni chroniły przez chemikaliami, chemikaliami związku z powyższym wymaga co najmniej 2 poziomu przenikalności.

Pytanie 9. dotyczy § 8 ust. 2 wzoru umowy. Naliczanie tak wysokich kar umownych wypełnia przesłankę określoną w art.484 § 2 k.c. (Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana)

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie nieterminowej realizacji dostaw lub nieterminowego usunięcia wady w wysokości 0,5 % wartości **danej dostawy**, za każdy dzień zwłoki licząc od wartości netto **danej dostawy**

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny **kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny** a interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy - zgodnie z którymi Zamawiający zastrzega sobie **prawo do odszkodowania uzupełniającego.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 10. dotyczy § 9 wzoru umowy. Ze względu na możliwość trwania umowy nawet do 36 miesięcy i pewność obrotu gospodarczego prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy w §9 następujących zapisów:

Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku:

- a. rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia ,
- b. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,

c. zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

d. waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał.

e. w przypadku przekraczającej zmiany o 3% średniego kursu NBP walut Euro lub USD w stosunku do średniego kursu NBP walut Euro lub USD z dnia zawarcia umowy

Przychylenie się Zamawiającego do naszego wniosku zwiększy konkurencyjność przez co Zamawiający otrzyma towar zdecydowanie tańszy o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikował. Zgodnie z treścią art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240), w przypadku dopuszczenia produktów o które wnioskujemy, wydatki publiczne dokonywane przez Zamawiającego spełnią podstawową zasadę finansów publicznych, gdyż będą wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 11. Pakiet 3, poz. 6-13. Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu dla rękawic diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu dla rękawic diagnostycznych.

Pytanie 12. Pakiet 3, poz. 6-11. Prosimy Zamawiającego o ujawnienie zasadności wymogu zaferowania rękawic jako środka ochrony indywidualnej w kategorii III, który eliminuje z ubiegania się o udzielanie zamówienia wiele firm co wpłynie niekorzystnie na finanse szpitala. Prosimy o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania rękawic wyłącznie o kategorii III, celem zapewnienia maksymalnej ochrony. Rękawice o kategorii I chronią jedynie przed powierzchniowym uszkodzeniem naskórka przed działaniem łagodnych środków chemicznych (wystarczające do prac gospodarczych i domowych a nie w lecznictwie).

Pytanie 13. Pakiet 3, poz. 6-9. Prosimy o dopuszczenie rękawic o zawartości protein poniżej 120 µg/g.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie rękawic o w/w parametrach. W pakiecie nr 3 do SIWZ został opisany przedmiot zamówienia oraz wszystkie minimalne wymagania, które muszą być spełnione.

Pytanie 14. Pakiet 3, poz. 10-11. Prosimy o dopuszczenie rękawic nie posiadających wewnętrznej warstwy polimerowej, wytrzymałość min. 6N zgodnie z normą EN 455-2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie rękawic o w/w parametrach. W pakiecie nr 3 do SIWZ został opisany przedmiot zamówienia oraz wszystkie minimalne wymagania, które muszą być spełnione.

Pytanie 15. Czy w **pakiecie nr 4, poz. 2 -9** Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy do sterylizacji zgodne z obowiązującymi normami o gramaturze 60g/m² i odpowiednich, zgodnych z normą parametrach wytrzymałościowych? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane rękawy do sterylizacji posiadały gramaturę 70g/m²

Pytanie 16. Czy w **pakiecie nr 4, poz. 2 – 9** Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe, na których oznaczenie kierunku otwierania, rozmiar, numer LOT oraz symbol „nie używać, jeżeli pakiet uszkodzony” umieszczone są poza obszarem wypełnienia w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17. Pakiet 3 poz. 1-5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic zgodny AQL 0,65?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie rękawic o w/w parametrach. W pakiecie nr 3 do SIWZ został opisany przedmiot zamówienia oraz wszystkie minimalne wymagania, które muszą być spełnione.

Pytanie 18. Pakiet 3 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o zawartości protein lateksowych o wartości 44-80 ug/g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie rękawic o w/w parametrach. W pakiecie nr 3 do SIWZ został opisany przedmiot zamówienia oraz wszystkie minimalne wymagania, które muszą być spełnione.

Pytanie 19. Pakiet 3 poz. 6-9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu kat. III?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie rękawic o w/w parametrach. W pakiecie nr 3 do SIWZ został opisany przedmiot zamówienia oraz wszystkie minimalne wymagania, które muszą być spełnione.

Pytanie 20. Pakiet 3 poz. 6-9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o zawartości protein lateksowych o wartości 80-100 ug/g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie rękawic o w/w parametrach. W pakiecie nr 3 do SIWZ został opisany przedmiot zamówienia oraz wszystkie minimalne wymagania, które muszą być spełnione.

Pytanie 21. Pakiet 3 poz. 10-11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic obustronnie polimerowanych, o wytrzymałości 6-9,3N?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie rękawic o w/w parametrach. W pakiecie nr 3 do SIWZ został opisany przedmiot zamówienia oraz wszystkie minimalne wymagania, które muszą być spełnione.

Pytanie 22. Pakiet 3 poz. 10-11. Czy Zamawiający odstąpi od spełnienia wymogu oznakowania rękawic jako środka ochrony indywidualnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 23. Pakiet 3 poz. 12-13. Czy Zamawiający odstąpi od spełnienia normy ŚOI 89/686EWG i EN 374?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 24. Pakiet 4 poz. 2-11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu. Zabieg ten korzystnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 25. Pakiet 4 poz. 2. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga rękawa do sterylizacji 10cmx200m lub 10cmx100m?

Odpowiedź: Zamawiający zamawia rękaw do sterylizacji 10cm x 200m lub 10 cm x 100m

Pytanie 26. Pakiet 4 poz. 4-6, 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawy o dł. 200m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27. Pakiet 4 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania torebki 200x350?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 28. Pakiet 4 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania torebki 100x250?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 29. Pakiet 5 poz. 4. Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części fartucha i przedramionach, zapinany na rzep przy szyi oraz wiązany zgodnie z zasadami aseptyki zapewniający sterylne plecy operatora w rozmiarze L oraz posiadającego poliestrowe ściągacze przy rękawach?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 30. Pakiet 5 poz. 10. Czy można zaoferować pokrowiec dwuwarstwowy jałowy na kończynę w rozmiarze 80 x 120 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 31. Pakiet 5 poz. 11. Czy można zaoferować pokrowiec jałowy na przewody w rozmiarze 13 x 244 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 32. Pakiet 5 poz. 12. Czy można zaoferować serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 150 x 200 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 33. Pakiet 5 poz. 13. Czy można zaoferować serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 50 x 60 cm z owalnym otworem 8 x 6 cm i przyklepcem wokół otworu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 34. Pakiet 5 poz. 14. Czy można zaoferować serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 90 x 150 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 35. Pakiet 5 poz. 15. Czy można zaoferować serwetę trzywarstwową w rozmiarze 180 x 240 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 36. Pakiet 5 poz. 16. Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 210 x 160 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 37. Pakiet 5 poz. 17. Czy można zaoferować serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 90 x 150 cm lub 90 x 160 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 38. Pakiet 5 poz. 18. Czy można zaoferować przylepną serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 45 x 45 cm lub 45 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 39. Pakiet 5 poz. 20. Czy można zaoferować prześcieradło z włókniny trzywarstwowej typu SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Dot. umowy

Pytanie 40. Czy Zamawiający mógłby dokładnie określić, jaki procent przedmiotu umowy zostanie na pewno zrealizowany?

Odpowiedź: Zamawiający nie może określić w procentach przedmiotu umowy, który na pewno zostanie zrealizowany..

Pytanie 41. Czy terminy w umowie podane są w dniach roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli w roboczych, to czy poprzez określenie dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Terminy podane w umowie należy rozumieć jako dni robocze.

Pytanie 42. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Tak, o ile posiadać będą dopuszczenie do stosowania jako wyrób medyczny.

Podpis Zamawiającego
mgr Czesława Brylak – Kozdraś
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach